XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B




Ink Shield:
Contains l Indeholder l Enthält l Sisältää l Contient l Bevat l Inneholder l Innehåller:
Acetone l Aceton l Asetoni l Acétone: 25 - <50%
Ethanol l Etanoli l Éthanol l Etanol: 25 - <50%
Methanol l Metanoli l Méthanol l Metanol: 1 - <5%

EC REP

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

IVD



Issue Date: FEB 2024 01.284.362 V9

CellPath
A STATLAB COMPANY

CellPath Ltd
80 Mochdre Enterprise Park,
Newtown, Powys, SY16 4LE, UK
T: +44 (0)1686 611333
E: sales@cellpath.com
cellpath.com

XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B

A coloured solution intended to be used to permanently mark the surgical margins and/or other general areas of interest on a tissue biopsy specimen; it is not intended to stain a tissue section for the visualization of intra/extracellular elements. It is one of a set, or a set of multiple colours (e.g., red, blue, black, green, violet and/or orange) which can withstand tissue processing (e.g., tissue fixation, freezing) without fading or bleeding. Applicators for precise marking or spreading of the dye onto the tissue specimen may be included.

Ready to use solution.

For laboratory use.

Shake before use.

Keep in a cool, dry, well-ventilated area. Keep containers tightly closed. Store in correctly labelled containers.

Please see expiry on product label.

WARNING: Never apply a Tissue Marking Dye to a living person as doing so may cause permanent colouration.

Instructions for Use

XMark Tissue Marking Dye

1. For optimal results, fresh tissue should be patted dry prior to applying dyes. For fixed tissue blot excess fixative from the surface before application.
2. Apply XMark to sample and remove excess dye.
3. Replace cap after use.
4. Allow XMark to dry for 1 to 3 minutes at 15 to 30 degrees.

XMark Fix

1. For fatty tissue it is recommended to use XMark fix for better adhesion. XMark Fix should be used before a tissue marking dye but can be used after. XMark Fix should be applied at a 5-15cm distance from the specimen. Ensure that the stained area is covered adequately. Leave to dry for 1 minute. Replace cap after use.

XMark Ink Shield

1 If using orange, red, or yellow dyes it is recommended to use XMark Ink Shield after marking the tissue. XMark Ink Shield should be applied at a 5-15cm distance from the specimen. Ensure that the stained area is covered adequately. Leave to dry for 1 minute.

2 Replace cap after use.

NOTE: A white coating will appear when dry, this has no effect processing and will be removed during the processing steps.

NOTE: XMark Ink Shield can be used with all colours of XMark Tissue Marking Dye.

Dispose of empty bottle in line with government guidelines.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

CellPath
A STATLAB COMPANY

XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B

Eine farbige Lösung zur dauerhaften Markierung der Operationsränder und/oder anderer allgemeiner Bereiche von Interesse auf einer ewebebiopsieprobe; sie ist nicht dazu bestimmt, einen Gewebeschnitt zur Sichtbarmachung intra /extrazellulärer Elemente zu färben. Sie gehört zu einem Set oder ist Teil eines Sets aus mehreren Farben (z. B. rot, blau, schwarz, grün, violett und/oder orange), die eine Gewebeverarbeitung (z. B. Gewebefixierung, Einfrieren) überstehen können, ohne zu verblassen oder abzufärben. Applikatoren für ein präzises Markieren oder Verteilen des Farbstoffs auf der Gewebeprobe können enthalten sein.

Gebrauchsfertige Lösung.

Für den Laborgebrauch.

Vor Gebrauch schütteln.

An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Den Behälter stets fest verschlossen halten. In korrekt gekennzeichneten Behältern aufbewahren.

Bitte beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett des Produkts.

WARNUNG: Tragen Sie niemals einen Gewebemarkierungsfarbstoff auf eine lebende Person auf, da dies zu einer dauerhaften Verfärbung führen kann.

Gebrauchsanweisung

XMark Farbstoff zur Gewebemarkierung

1. Für optimale Ergebnisse sollte frisches Gewebe vor dem Auftragen der Farbstoffe trocken getupft werden. Bei festem Gewebe-Blot überschüssiges Fixiermittel vor dem Auftragen des Farbstoffs von der Oberfläche abtupfen.

2. Tragen Sie XMark auf die Probe auf und entfernen Sie den überschüssigen Farbstoff.

3. 3. Nach der Anwendung wieder mit dem Deckel verschließen.

4. Lassen Sie XMark 1 bis 3 Minuten bei 15 bis 30 Grad trocknen.

XMark Fix

1. Bei Fettgewebe wird die Verwendung von XMark fix für eine bessere Haftung. XMark Fix sollte vor der Anwendung eines Farbstoffs zur Gewebemarkierung verwendet werden, kann aber auch danach verwendet werden. XMark Fix sollte in einem Abstand von 5 bis 15 cm von der Probe angewendet werden. Stellen Sie sicher, dass der eingefärbte Bereich ausreichend bedeckt ist. 1 Minute trocknen lassen. Nach der Anwendung wieder mit dem Deckel verschließen.

XMark Ink Shield

1 Wenn Sie orange, rote oder gelbe Farbstoffe verwenden, wird die Verwendung von XXMark Ink Shield nach der Markierung des Gewebes. XMark Ink Shield sollte in einem Abstand von 5 bis 15 cm von der Probe angewendet werden. Stellen Sie sicher, dass der eingefärbte Bereich ausreichend bedeckt ist. 1 Minute trocknen lassen.

2 Nach der Anwendung wieder mit dem Deckel verschließen.

HINWEIS: Wenn Sie orange, rote oder gelbe Farbstoffe verwenden, wird die Verwendung von XMark Ink Shield empfohlen. Im trockenen Zustand erscheint eine weiße Beschichtung, die keine.

HINWEIS: XMark Ink Shield kann mit allen Farben der XMark Farbstoffe zur Gewebemarkierung verwendet werden.

Entsorgen Sie die leere Flasche gemäß den örtlichen oder behördlichen Vorschriften.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.

CellPath
A STATLAB COMPANY

XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B

Solution colorée destinée au marquage permanent des marges chirurgicales ou d'autres zones d'intérêt general sur un échantillon de biopsie tissulaire; elle n'est pas destinée à colorer une coupe de tissu pour la visualisation d'éléments intra/extracellulaires. Elle fait partie d'un ensemble ou constitue un ensemble de plusieurs couleurs (par exemple, rouge, bleu, noir, vert, violet ou orange) qui peuvent résister au traitement des tissus (par exemple, fixation, congélation) sans décoloration ni coulure. Des applicateurs de précision pour le marquage ou l'étalement du colorantsur l'échantillon de tissu peuvent être inclus.

Solution prête à l'emploi.

Pour une utilisation en laboratoire.

Secouer avant utilisation.

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver le recipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conteneurs correctement étiquetés.

Veuillez consulterla date de péremption surl'étiquette du produit.

AVERTISSEMENT: Ne jamais appliquer de colorant de marquage des tissus sur une personne vivante car cela pourrait provoquer une coloration permanente.

Instructions d'utilisation

XMark Colorant de marquage tissulaire

1. Pour desrésultats optimaux, lestissusfrais doivent être asséchés en lestapotant avant d'appliquerles colorants. Pourlestissusfixés, tamponner l'excès de fixateur de la surface avant l'application du colorant.

2. Appliquer XMark surl'échantillon et éliminer l'excès de colorant.

3. Rebouchez après utilisation.

4. Laissersécher XMark pendant 1 à 3 minutes entre 15 et 30 degrés.

XMark Fix

1. pour les tissus adipeux, il est recommandé d'utiliser XMark fix Pour une meilleure adhérence. XMark Fix devrait idéalement être utilisé avant un colorant de marquage tissulaire, mais il peut aussi être utilisé après. XMark Fix doit être appliqué à une distance de 5 à 15 cm de l'échantillon. S'assurer que la zone tachée est correctement couverte. Laisser sécher 1 minute. Rebouchez après utilisation.

XMark Ink Shield

1. en cas d'utilisation de colorants orange, rouge ou jaune, il est recommandé d'utiliser Après le marquage tissulaire. XMark Ink Shield doit être appliqué à une distance de 5 à 15 cm de l'échantillon. S'assurer que la zone tachée est correctement couverte. Laisser sécher 1 minute.

2. Rebouchez après utilisation.

REMARQUE: Un revêtement blanc apparaîtra au séchage, cela n'a aucun effetsur le traitement et il sera éliminé au cours des étapes du traitement.

REMARQUE: XMark Ink Shield peut être utilisé avec toutes les teintes de colorants de marquage tissulaire de XMark.

Éliminez les bouteilles vides conformément aux directives locales ou gouvernementales.

Tout incident grave survenu lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

CellPath
A STATLAB COMPANY

XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B

Een gekleurde oplossing die bedoeld is om te worden gebruikt om de chirurgische randen en/of andere algemene interessegebieden permanent te markeren op een weefselbiopsiemonster; het is niet bedoeld om een weefselsectie te kleuren voor de visualisatie van intra/extracellulaire elementen. Het is een van een set of een set van meerdere kleuren (bijv. rood, blauw, zwart, groen, violet en/of oranje) die bestand zijn tegen weefselverwerking (bijv. weefselfixatie, bevriezing) zonder te vervagen of bloeden. Applicators voor het nauwkeurig markeren of verspreiden van de kleurstof op het weefselspecimen kunnen worden meegeleverd.

Gebruiksklare oplossing.

Voor laboratoriumgebruik.

Schudden vóór gebruik.

Bewaar het product in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Houd de containers goed gesloten. Bewaar in correct geëtiketteerde containers.

Zie de vervaldatum op het etiket van het product.

WAARSCHUWING: Breng nooit een weefselmarkeringskleur aan op een levende persoon, aangezien dit permanente verkleuring kan veroorzaken.

Gebruiksaanwijzing

XMark Tissue Marking Dye

1. Voor optimale resultaten moet vers weefsel droog worden gedept voordat kleurstoffen worden aangebracht. Voor gefixeerd weefsel, verwijder overtollig fixeermiddel van het oppervlak voordat de kleurstof wordt aangebracht.

2. Breng XMark aan op het monster en verwijder overtollige kleurstof.

3. Vervang de dop na gebruik

4. Laat XMark 1 tot 3 minuten drogen bij 15 tot 30 graden.

XMark Fix

1. Voor vetweefsel wordt aanbevolen om XMark fix voor een betere hechting. XMark Fix moet worden gebruikt vóór een weefselmarkeringskleurstof, maar kan daarna worden gebruikt. XMark Fix moet op een afstand van 5-15 cm van het monster worden aangebracht. Zorg ervoor dat het bevlekte gebied voldoende wordt bedekt. Laat 1 minuut drogen. Vervang de dop na gebruik.

XMark Ink Shield

1. Als u oranje, rode of gele kleurstoffen gebruikt, wordt het aanbevolen om na het markeren van het weefsel. XMark Ink Shield moet op een afstand van 5-15 cm van het monster worden aangebracht. Zorg ervoor dat het bevlekte gebied voldoende wordt bedekt. Laat 1 minuut drogen.

2. Vervang de dop na gebruik.

OPMERKING: Een witte coating zal na het drogen verschijnen, dit heeft geen invloed op de verwerking en zal tijdens de bewerkingsstappen worden verwijderd. Vervang de dop na gebruik.

OPMERKING: XMark Ink Shield kan worden gebruikt met alle kleuren XMark Tissue Marking Dye.

Lege flessen moeten overeenkomstig de lokale of nationalerichtlijnen worden afgevoerd.

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

CellPath
A STATLAB COMPANY

XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B

En färgad lösning avsedd att användas för att permanent markera de kirurgiska marginalerna och/eller andra allmänna intresseområden på ett vävnadsbiopsisprov; den är inte avsedd att befläcka en vävnadssektion för visualisering av intra/extracellulära element. Detta är ett set, eller en uppsättning av flera färger (t.ex. röd, blå, svart, grön, lila och/eller orange) som tål vävnadsbearbetning (t.ex. vävnadsfixering, frysning) utan blekning eller blödning. Påstrykare för exakt märkning eller spridning av färgämnet på vävnadsprovet kan inkluderas.

Lösning klar att använda.

För laboratoriebruk.

Omskakas före användning.

Förvara på en sval, torr, väl ventilerad plats. Förvara behållarna tätt tillslutna. Förvara i korrekt märkta behållare.

Se utgångsdatumet på produktens etikett.

VARNING: applicera aldrig en vävnadsmarkeringsfärg på en levande person eftersom detta kan orsaka permanent färgning.

Användar instruktioner

XMark Vävnadsmarkeringsfärg

1. För bäst resultat bör färsk vävnad baddas torr innan färgämnena appliceras. För steriliserad vävnad, torka bort överflödigt fixeringsmedel från ytan innan färgämnet appliceras.

2. Applicera XMark för att prova och ta bort överflödigt färgämne.

3. Sätt tillbaka locket efter användning.

4. Låt XMark torka i 1 till 3 minuter i 15 till 30 grader.

XMark Fix

1. För fettvävnad rekommenderas det att använda XMark fix för bättre vidhäftning. XMark Fix bör användas innan en vävnadsmärkningsfärg appliceras, men kan användas efteråt. XMark Fix ska appliceras på ett avstånd av 5–15 cm från vävnadsprovet. Se till att det färgade området är tillräckligt övertäckt. Låt torka i 1 minut. Sätt tillbaka locket efter användning.

XMark Ink Shield

1 Om du använder orangea, röda eller gula färger rekommenderas det att du använder XMark Ink Shield efter märkning av vävnaden. XMark Ink Shield ska appliceras på ett avstånd av 5–15 cm från vävnadsprovet. Se till att det färgade området är tillräckligt övertäckt. Låt torka i 1 minut.

2 Sätt tillbaka locket efter användning.

OBS: En vit beläggning kommer att uppstå när den torkat, detta påverkar inte bearbetningen och den kommer att försvinna under bearbetningens process. Sätt tillbaka locket efter användning.

OBS: XMark Ink Shield kan användas med alla färgnyanser av vävnadsmarkeringsfärg från XMark.

Kassera den tomma flaskan i enlighet med lokala eller statliga riktlinjer.

Alla allvarliga incidenter som inträffar i förhållande till enheten skall rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

CellPath
A STATLAB COMPANY

XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B

En farget løsning beregnet på å brukes til å permanent markere kirurgiske marginer og/eller andre generelle områder av interesse på en vevsbiopsiprøve. Den er ikke ment å merke en vevsseksjon for visualisering av intra-/ekstracellulære elementer. Det er en i et sett, eller et sett med flere farger (f.eks. rød, blå, svart, grønn, fiolett og/eller oransje) som tåler vevsbehandling (f.eks. vevsfiksering, frysing) uten å falme eller blø. Dette kan inkludere applikatorer for presis merking eller spredning av fargestoffet på vevsprøven.

Bruksklar oppløsning.

Til laboratoriebruk.

Rist godt før bruk.

Oppbevares i kjølige, tørre, godt ventilerte omgivelser. Hold beholdere tett lukket. Oppbevar i korrekt merkede beholdere.

Se utløpsdato på produktetiketten.

ADVARSEL: Bruk aldri et fargestoff for vevsmerking på en levende person, da dette kan forårsake permanent farging.

Bruksanvisning

XMark Fargestoff til vevsmerking

1. For optimale resultater bør ferskt vev klappes tørt før fargestoffer påføres. For fast vev, tørk av overflødig fiksativ fra overflaten før påføring av fargestoff.
2. Påfør XMark for å ta prøve og fjern overflødig fargestoff.
3. Sett på hetten etter bruk.
4. La XMark tørke i 1 til 3 minutter ved 15 til 30 grader.

XMark Fix

1. For fettvev anbefales det å bruke XMark fix for bedre adhesjon. XMark Fix bør brukes før et fargestoff til vevsmerking, men kan også brukes etterpå. XMark Fix skal påføres 5–15 cm unna prøven. Forsikre deg om at det fargede området er dekket tilstrekkelig. La den tørke i 1 minutt. Sett på hetten etter bruk.

XMark Ink Shield

1. Hvis du bruker oransje, røde eller gule farger, anbefales det å bruke XMark Ink Shield etter merking av vevet. XMark Ink Shield skal påføres 5–15 cm fra prøven. Forsikre deg om at det fargede området er dekket tilstrekkelig. La den tørke i 1 minutt.
2. Sett på hetten etter bruk.

MERK: Et hvitt belegg vil vises når det er tørt, dette har ingen innvirkning på behandlingen og vil bli fjernet under behandlingstrinnene.

MERK: XMark Ink Shield kan brukes med XMark-fargestoff til vevsmerking i alle farger.

Kast tom flaske i samsvar med lokale retningslinjer eller retningslinjer fra myndighetene.

Enhver alvorlig hendelse som oppstår I forbindelse med enheten, må rapporteres til produsenten og kompetent myndighet i medlemsstaten brukeren og/eller pasienten befinner seg i.

CellPath
A STATLAB COMPANY

XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B

Värillinen liuos, jota on tarkoitus käyttää kudosbiopsian kirurgisten marginaalien tai muiden kiinnostavien alueiden pysyvään merkitsemiseen. Liuosta ei ole tarkoitettu kudosleikkeen värjäämiseksi sisäisten/solunulkoisten elementtien visualisoimiseksi. Liuos on yksi värivalikoimasta tai valikoima useita värejä (esim. punainen, sininen, musta, vihreä, violetti tai oranssi), eikä se haalistu tai valu kudoksen käsittelyssä (esim. kudoksen kiinnittämisen tai jäädyttämisen aikana). Tarkoissa värimerkinnöissä tai värin levityksessä käytettävät applikaattorit saattavat tulla liuoksen mukana.

Käyttövalmis Liuos

Laboratoriokäyttöön.

Ravistettava ennen käyttöä.

Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina. Säilytä säiliöissä, jotka on merkitty oikein.

Tarkista viimeinen käyttöpäivä tuotteen etiketistä.

VAROITUS: Älä käytä kudoksen merkintäainetta elävälle henkilölle, koska värjääntyminen voi olla pysyvää.

Käyttöohjeet

XMark Kudosten merkintäväri

1. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi tuore kudos on taputeltava kuivaksi ennen väriaineen levittämistä. Kuivaa ylimääräinen fiksatiivi fiksoituneen kudoksen pinnalta ennen väriaineen levittämistä.
2. Levitä näytteelle XMarkia ja poista ylimääräinen väriaine.
3. Aseta suojus paikoilleen käytön jälkeen.
4. Anna XMarkin kuivua 1–3 minuuttia 15–30 asteessa.

XMark Fix

1. Rasvakudokseen on suositeltavaa käyttää XMark fix parempaan tarttumiseen. XMark Fixiä on käytettävä ennen kudosten merkintäväriä, mutta sitä voidaan myös käyttää sen jälkeen. XMark Fixiä on suihkutettava 5–15 cm:n etäisyydeltä näytteestä. Rasvakudokseen on suositeltavaa käyttää XMark Fixiä. Varmista, että väri peittää alueen riittävän hyvin. Anna kuivua 1 minuutin ajan. Aseta suojus paikoilleen käytön jälkeen.

XMark Ink Shield

1. Jos käytetään oranssia, punaista tai keltaista väriainetta, on suositeltavaa käyttää XMark Ink Shield kudoksen merkitsemisen jälkeen. XMark Ink Shield on suihkutettava 5–15 cm:n etäisyydeltä näytteestä. Varmista, että väri peittää alueen riittävän hyvin. Anna kuivua 1 minuutin ajan.
2. Aseta suojus paikoilleen käytön jälkeen.

HUOMIO: Kun väri on kuiva, siinä näkyy valkoinen kalvo, joka ei vaikuta käsittelyyn ja joka lähtee pois käsittelyn aikana. Aseta suojus paikoilleen käytön jälkeen.

HUOMIO: XMark Ink Shield voidaan käyttää kaikkien kudosten XMark-merkintävärien kanssa.

Hävitä tyhjä pullo viranomaisten ja paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Kaikista tämän laitteen käyttöä koskevista vakavista tapauksista on ilmoitettava valmistajalle ja ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

CellPath
A STATLAB COMPANY

XMark Tissue Marking Dye, XMark Fix & XMark Ink Shield

RCA-****-00A, RCA-****-00C, RCB-****-00A, RCB-****-00B

En farvet opløsning, der er beregnet til at blive brugt til permanent at markere de kirurgiske margener og/eller andre generelle interesseområder på en vævsbiopsiprøve. Den er ikke beregnet til at farve et vævssnit til visualisering af intra-/ekstracellulære elementer. Den er et element i et sæt eller et sæt af flere farver (f.eks. rød, blå, sort, grøn, violet og/eller orange), som kan modstå vævsbehandling (f.eks. vævsfiksering, frysning) uden at falme eller sprede sig. Applikatorer til præcis mærkning eller spredning af farvestoffet på vævsprøven kan være inkluderet.

Brugsklar opløsning.

Til laboratoriebrug.

Omrystesfør brug.

Opbevares i et køligt, tørt, godt ventileret område. Hold beholderne tæt lukket. Opbevaresi korrekt mærkede beholdere.

Se udløbsdatoen på produktetiketten.

ADVARSEl: Anvend aldrig et vævsmærkningsfarvestof på en levende person, da dette kan forårsage permanent farvning.

Brugsanvisning

XMark Vævsmarkeringsfarve

1. For optimale resultater skal friskt væv duppes tørt inden påføring af farvestofferne. Ved fast væv, skal overskydende fiksativ fjernes fra overfladen inden påføring af farvestof.

2. Påfør XMark for at afprøve og fjerne overskydende farvestof.

3. Sæt beskyttelseshætten på efter brug.

4. Lad X Mark tørre i 1 til 3 minutter ved 15 til 30 grader.

XMark Fix

1. Til fedtholdigt væv anbefales det at bruge XMark fix for bedre vedhæftning. XMark Fix bør bruges før et vævmarkeringsfarve, men kan bruges efter. XMark Fix skal påføres i en afstand på 5-15 cm fra prøven. Sørg for, at det farvede område er tilstrækkeligt tildækket. Lad tørre I 1 minut. Sæt beskyttelseshætten på efter brug.

XMark Ink Shield

1 Hvis du bruger orange, røde eller gule farvestoffer, anbefales det at bruge XMark Ink Shield efter markering af vævet. XMark Ink Shield skal påføres i en afstand på 5-15 cm fra prøven. Der dannes en hvid belægning, når den er tør, dette har ingen indflydelse på behandlingen og fjernes under behandlingstrinnene.

2 Sæt beskyttelseshætten på efter brug.

BEMÆRK: Der dannes en hvid belægning, når den er tør, dette har ingen indflydelse på behandlingen og fjernes under behandlingstrinnene.

BEMÆRK: XMark Ink Shield kan bruges med alle farver XMark vævsmarkeringsfarve.

Bortskaf den tomme flaske i henhold til lokale eller offentlige retningslinjer.

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted I forbindelse med enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed I medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

CellPath
A STATLAB COMPANY